

Rif. 56_MDI_2026

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI ALLA FORNITURA DI SISTEMI E RELATIVI ACCESSORI PER LA MANIPOLAZIONE CELLULARE NELL'AMBITO DEL GRAFT ENGINEERING E DELLE TERAPIE CELLULARI AVANZATE (ATMPS), COMPLETO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER 12 MESI, DESTINATO ALLA CELL FACTORY DEL LABORATORIO "STEFANO VERRI" DELLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI, NONCHÉ AD ACQUISIRE LA RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RISPOSTE – ID SINTEL: 2220997473

RICHIESTA DI CHIARIMENTI ID 221.260.153, PERVENUTA IL 24/06/2026 TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL

La richiesta di chiarimenti pervenuta tramite la piattaforma Sintel è unica.

Ai soli fini di una maggiore chiarezza espositiva, il quesito è stato di seguito articolato nei relativi sotto-quesiti con le corrispondenti risposte.

QUESITI E RISPOSTE

1) Assistenza tecnica e manutenzione correttiva

Quesito 1.a) Tempo di intervento tecnico on-site

Testo del quesito: *"In riferimento al paragrafo relativo all'ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA (p. 6 della lettera Avviso) si pongono i seguenti quesiti di chiarimento: relativamente ai tempi di intervento tecnico on-site, si chiede di confermare la possibilità di prevedere, nei casi in cui non sia possibile la risoluzione tramite supporto da remoto, un tempo di intervento pari a 48 ore solari dall'apertura della chiamata, in alternativa alle 24 ore solari indicate nel capitolato. "*

Risposta:

Si accoglie il chiarimento.

Si conferma che, qualora non sia possibile la risoluzione della problematica mediante assistenza telefonica o teleassistenza, sarà ritenuto conforme un tempo massimo di intervento tecnico on-site pari a 48 ore solari dall'apertura della chiamata, in luogo delle 24 ore solari indicate nella documentazione di gara.

Quesito 1.b) Apparecchiatura sostitutiva

Testo del quesito: *"relativamente alla fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva, si chiede di confermare che, nel caso in cui il fermo macchina superi il limite previsto, sia ritenuta conforme la messa a disposizione, su richiesta della Stazione Appaltante, di una strumentazione equivalente, ma che, in considerazione dell'utilizzo qualificato oggetto della presente procedura, tale soluzione comporti inevitabilmente tempi tecnici aggiuntivi necessari per le attività di riqualifica della strumentazione stessa, le quali potranno avere inizio non prima che siano trascorse 48 ore solari dal posizionamento dello strumento nella stanza di utilizzo."*

Risposta:

Si accoglie il chiarimento.

In considerazione della particolare tipologia delle apparecchiature oggetto della presente procedura, destinate alla manipolazione cellulare in ambiente GMP e soggette a specifici processi di qualificazione e validazione, si precisa che la previsione relativa alla sostituzione provvisoria con apparecchiatura identica o equivalente, in caso di fermo macchina prolungato, non trova applicazione.

2) Installazione "chiavi in mano"

Testo del quesito: *"In riferimento al paragrafo relativo all'INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO (pag 4 della lettera Avviso), si chiede di chiarire che la responsabilità dell'aggiudicatario si intende limitata alla fornitura, installazione, collaudo e messa in servizio delle apparecchiature nella configurazione d'offerta, nel rispetto delle condizioni infrastrutturali esistenti. Si chiede dunque di confermare che eventuali componenti e materiali necessari per il collegamento delle strumentazioni agli impianti di gas medicali già presenti presso la struttura saranno forniti e/o acquistati a cura dell'Ente, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di installazione e collaudo. Resta altresì inteso che l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare, in fase di esecuzione, un elenco dettagliato dei materiali e delle predisposizioni tecniche necessarie per l'installazione, che dovranno essere resi disponibili dall'Ente per garantirne la corretta esecuzione ..."*

Risposta:

Si precisa che l'installazione "chiavi in mano" comprende la fornitura, l'installazione, il collaudo, la messa in servizio delle apparecchiature nella configurazione offerta, nonché tutti i componenti, accessori e materiali necessari al corretto funzionamento del sistema.

Con riferimento agli eventuali collegamenti agli impianti di gas medicali necessari al funzionamento del sistema, si chiarisce che la Stazione Appaltante garantirà la disponibilità delle predisposizioni impiantistiche e dei punti di erogazione dei gas medicali presenti presso la struttura, mentre resteranno a carico dell'aggiudicatario la fornitura di tutti i componenti, accessori, raccordi, tubazioni e collegamenti finali necessari all'installazione, all'integrazione e alla messa in servizio della configurazione offerta.

Si precisa inoltre che, qualora si proceda alla successiva fase di acquisizione, la Stazione Appaltante prevederà un sopralluogo presso i locali di installazione, finalizzato alla verifica delle predisposizioni impiantistiche esistenti e delle condizioni necessarie alla corretta installazione del sistema.

L'Operatore Economico dovrà presentare, già in sede di Manifestazione di Interesse, un elenco preliminare delle predisposizioni tecniche e impiantistiche richieste per la corretta installazione del sistema. Tale elenco potrà essere aggiornato a seguito del sopralluogo previsto nell'ambito dell'eventuale successiva procedura di affidamento.

Le presenti precisazioni costituiscono parte integrante della documentazione della Manifestazione di Interesse e ne integrano i contenuti.



ILARIA
VALLONE
29.06.2026
08:52:52
GMT+01:00

Il RUP

Ilaria Vallone

(f.to digitalmente)