



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



ILARIA
VALLONE
06.08.2026
11:14:13
GMT+01:00

Ufficio: S.C. Ingegneria Clinica

Mail: ingegneriaclinica.acquisti@irccs-sangerardo.it

Rif.: 74_AD_2026

Spett.le
Impresa invitata

Oggetto: Richiesta di Offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ed installazione di n. 2 Elettrobisturi destinati alla Nuova Area Parto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

La FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI ha necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, alla fornitura ed installazione di n.2 elettrobisturi comprensivi di un servizio tecnico di assistenza e manutenzione full-risk durante il periodo di garanzia di almeno 12 mesi.

Si invita pertanto codesta Impresa a presentare **entro le ore 12:00 del 03.09.2026** la propria migliore offerta, come di seguito indicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNI:

N.2 elettrobisturi comprensivi di accessori aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Sistema di controllo dell'erogazione della potenza con potenza di taglio monopolare 300W e coagulo 120W
- Possibilità di collegare accessori monopolari e bipolari in contemporanea
- Sistema di autotest di controllo all'accensione
- Possibilità di memorizzare i programmi di lavoro con i valori di potenza desiderati per ciascuna delle funzioni monopolari e bipolari desiderati
- Dimensione e peso contenuti
- Possibilità di avere diverse modalità di funzionamento (procedure a cielo aperto, procedure laparoscopiche, ecc)
- Possibilità di collegamento con l'aspiratore fumi

Accessori richiesti per ciascun elettrobisturi:

- Carrello
- Pedali per monopolare e per bipolare
- Cavi adattatori per monopolare e bipolare

La Ditta dovrà fornire tutto ciò che è necessario al corretto funzionamento del sistema.

Tali caratteristiche devono essere idoneamente certificate dall'Aggiudicatario.

Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche sopra descritte potessero ricondurre ad una individuazione di un'origine o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola "o equivalente".

Rispondenza a normative/leggi

Tutti i sistemi oggetto di fornitura dovranno rispettare i seguenti requisiti normativi:

- Rispettare i requisiti minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND ed al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Rispettare le prescrizioni sul confezionamento ed imballaggio;

Garanzia full risk di almeno 12 mesi.

GARANZIA

Il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data del collaudo finale e dovrà rispondere a quanto segue:

- durata almeno 12 mesi;
- full risk nulla escluso;
- servizio tecnico di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite e/o delle singole componenti;
 - o sia per i difetti di costruzione che per i guasti dovuti all'utilizzo non riconducibili a dolo e/o ad eventi accidentali;
 - o comprensivo di tutto il materiale pluriuso ma soggetto ad usura (esempio: batterie, sensori di temperatura, ecc.);
 - o comprensivo di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.

Dovrà essere garantita, inoltre, la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni dal momento del collaudo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai fini della verifica della conformità tecnica, una prova pratica/dimostrazione dell'apparecchiatura offerta.

Tale prova dovrà essere effettuata, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, entro un termine stabilito dalla stessa e secondo le modalità che verranno comunicate.

Il mancato superamento della prova o la mancata disponibilità ad effettuarla comporterà l'esclusione dalla procedura o la non conformità dell'offerta.

Termini e modalità di consegna dell'apparecchiatura

Il termine per l'esecuzione della prestazione è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione.

Entro 15 gg naturali e consecutivi dalla data riportata nel provvedimento di aggiudicazione, la Ditta dovrà presentare il cronoprogramma di allestimento.

COLLAUDO e PRESTAZIONI IN CARICO ALLA DITTA:

Il collaudo della fornitura dovrà essere effettuato entro il termine di 15 gg. dalla data di termine delle installazioni e delle prove funzionali, salvo diversi accordi per impreviste esigenze della Fondazione.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura, la Ditta fornitrice sarà l'unica responsabile per tutti i rischi di perdite, furto e di danni subiti dai beni di sua proprietà e/o di terze parti da essa coinvolte (ivi compresi i beni oggetto della fornitura). A scanso di equivoci si precisa che sono a carico della Ditta e comprese nell'importo a base d'asta:

il trasporto, la consegna e posa nel corretto luogo di destinazione, lo smaltimento degli imballi al termine dell'installazione, il collaudo tecnico-amministrativo da svolgersi in accordo con il personale della S.C. Ingegneria Clinica e i reparti utilizzatori. La fornitura delle apparecchiature si considererà completata quando tutte le attività di collaudo avranno avuto termine con esito positivo.

Si intende inoltre a carico della Ditta l'addestramento e formazione del personale utilizzatore medico e non medico, per il corretto utilizzo delle apparecchiature. A tal fine la Ditta dovrà presentare un programma di addestramento, concordandolo con i referenti Aziendali.

Si precisa inoltre che, a seguito della ricezione della merce ordinata, questa Amministrazione si riserva un periodo di dieci giorni per la verifica dell'idoneità dei prodotti consegnati e dell'esatta corrispondenza tra quanto indicato nella scheda tecnica valutata in sede di gara e quanto effettivamente consegnato. In caso di mancata consegna del materiale o di non conformità/difformità dello stesso alle schede tecniche presentate verrà applicata una penale dello 1% del valore del materiale per il quale è stata riscontrata la non conformità/difformità dello stesso o per ogni giorno di ritardo nella consegna.

In caso di difformità tra quanto consegnato e quanto contenuto nella scheda tecnica si procederà ad effettuare la necessaria contestazione. Nel caso in cui non fosse in grado di fornire il prodotto corrispondente a quello offerto questa Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

In fase di collaudo la Ditta dovrà consegnare alla S.C. Ingegneria Clinica il manuale di service in formato elettronico e i protocolli di manutenzione preventiva previsti dal produttore.

Ove le forniture oggetto del collaudo non risultino conformi o appropriate, l'Impresa provvederà immediatamente a eliminarle e, se necessario, a sostituire le attrezzature o le parti non conformi, in base ai tempi e alle modalità indicate dall'Azienda. Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda potrà procedere alla sostituzione del materiale o dell'apparecchiatura rifiutata, avvalendosi di altra impresa, a spese di quella inadempiente. Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'impresa sarà responsabile dei vizi/anomalie/difetti riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo contrattuale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si constati che nell'offerta non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi, caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari al perfetto funzionamento delle apparecchiature e non si siano rispettate prescrizioni di Legge, Norme e Regolamenti vigenti in materia, l'Impresa è tenuta a fornire i materiali, gli