ILARIA
VALLONE
23.07.2026
14:45:11
GMT+01:00

Atti: 69_MDI_2026

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE N.9 CARDIOTOCOGRAFI COMPLETI DI ACCESSORI E DISPOSITIVI A CORREDO E AGGIORNAMENTO DEL PARCO INSTALLATO, OCCORRENTI ALLA NUOVA AREA DEL PARTO DELLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI, NONCHÉ DI ACQUISIRE LORO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Risposte alle richieste di chiarimenti – ID SINTEL 222285948

Quesito 1:

"…Con Riferimento al punto C "Aggiornamento del parco installato" si evidenzia che tale richiesta può essere effettuata da una sola azienda in quanto unica autorizzata alla manutenzione e all'aggiornamento delle apparecchiature Philips. Dato che ciò comprometterebbe la partecipazione di qualsiasi altra azienda alla procedura si chiede di rimuovere tale requisito e/o di non considerarlo come vincolante per la fornitura delle nuove apparecchiature da voi richieste.
…"

Risposta al quesito 1:
Si confermano le necessità cliniche espresse nei requisiti tecnici della fornitura ai punti A "N° 9 Monitor fetali", B "N°7 Sistemi Telemetrici", C "Aggiornamento del parco installato" per compatibilità con la Centrale di Monitoraggio Philips Intellispace Perinatal attualmente installata presso l'Area Parto.
La Stazione Appaltante valuterà soluzioni tecniche funzionalmente equivalenti ai sensi dell'Art.79 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP
Ilaria Vallone
(f.to digitalmente)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964