DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 443 del 23 APR. 2026

Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando attraverso la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di kit "*custom pack intravitreale*," occorrenti per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di kit "*custom pack intravitreale*," occorrenti alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 168.000,00 (IVA 22% esclusa), per un periodo di 24 mesi da aggiudicarsi con il criterio dell' "*offerta economicamente più vantaggiosa*";

Dato atto che:

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte on-line del giorno 10/10/2025 ore 12.00, risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
  - Betatex S.P.A
  - Bausch&Lomb Iom
  - Medical Device
  - Delta Med
  - Medinberg
  - Med Trade

Atteso che, con decreto del direttore generale n. 230 del 30.10.2025, è stata nominata apposita Commissione tecnica incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute, nella seguente composizione:

- Dott. Claudio Pennesi – S.C. Oculistica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Presidente;
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Responsabile della gestione delle attività ambulatoriali - Componente;
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – – S.C. Oculistica c/o ambulatorio - Componente;

Visti i verbali delle sedute, riservate e pubbliche, del 13/10/2025, 20/11/2025, 05/12/2025, 17/03/2026 e del 20/03/2026 2025 tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, recanti la fedele ricognizione delle operazioni svolte dai quali si evince la graduatoria provvisoria scaturita a seguito dell'apertura delle offerte economiche, la cui sommatoria dei punteggi tecnici ed economici è la seguente:

Operatore Economico	Offerta economica	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale	Graduatoria
BETATEX S.PA	99.600,00 €	40,00	47,00	87,00	1ª
BAUSCH&LOMB IOM	144.000,00 €	27,67	53,00	80,67	2ª
MEDICAL DEVICE	162.000,00 €	24,59	45,50	70,09	3ª
DELTA MED	148.440,00 €	26,84	41,00	67,84	4ª
MEDINBERG	152.520,00 €	26,12	41,50	67,62	5ª
MED TRADE	155.400,00 €	25,64	38,00	63,64	6ª

Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 "*il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee...*";

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la procedura (ID 207795382) in parola, alle condizioni tecnico-economiche offerte in sede di gara, per un importo complessivo di € 99.600,00 (IVA esclusa) per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 1° maggio 2026 e sino al 30 aprile 2028;

Evidenziato che, con riferimento alla fornitura in oggetto:

- la spesa sostenuta nell'anno 2025 è risultata pari a € 89.243,00 (IVA al 22% inclusa);
- la spesa annua presunta, derivante dalla nuova aggiudicazione, è stimata in € 60.756,00 (IVA al 22% inclusa), in conseguenza della riduzione dei prezzi unitari applicati;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 121.512,00 ovvero € 99.600,00 + € 21.912,00 (IVA 22 %) per un periodo di 24 mesi, a carico del bilancio – gestione sanitaria anno 2026-2027-2028, con contabilizzazione sul conto economico:

- n. 80100422 "Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D.lgs 46/97) CND T:

- 2026: € 40.504,00 ovvero € 33.200,00 + € 7.304,00 (IVA 4 %);
- 2027: € 60.756,00 ovvero € 49.800,00 + € 10.956,00 (IVA 22 %);
- 2028: € 20.252,00 ovvero € 16.600,00 + € 3.652,00 (IVA 4 %);

Rilevata l'opportunità di nominare secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, dell' All.I. 2 e dell'All. II.14 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la Coordinatrice Infermieristica Ewa Cierniak dell'ambulatorio S.C. Oculistica;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, si rimanda a successivo provvedimento la ripartizione del fondo del budget relativo agli incentivi tecnici già previsti nella determina di indizione citata in premessa, suscettibile di variazioni in ragione del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo nell'anno di riferimento;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare i verbali di gara, in merito all'aggiudicazione della fornitura del kit "*custom pack intravitreale*," occorrenti per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, per un periodo di 24 mesi tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare la procedura (ID 207795382) in parola, alle condizioni tecnico-economiche offerte in sede di gara, per un importo complessivo di € 99.600,00 (IVA esclusa) per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 1° maggio 2026 e sino al 30 aprile 2028;

3. di prendere atto che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 121.512,00 ovvero € 99.600,00 + € 21.912,00 (IVA 22 %) per un periodo di 24 mesi, a carico del bilancio – gestione sanitaria anno 2026-2027-2028, con contabilizzazione sul conto economico:
   - n. 80100422 "Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D.lgs 46/97) CND T:
     - 2026: € 40.504,00 ovvero € 33.200,00 + € 7.304,00 (IVA 4 %);
     - 2027: € 60.756,00 ovvero € 49.800,00 + € 10.956,00 (IVA 22 %);
     - 2028: € 20.252,00 ovvero € 16.600,00 + € 3.652,00 (IVA 4 %);

4. di riservarsi comunque l'adozione di ogni eventuale ulteriore provvedimento necessario ai fini del perfezionamento della procedura;

5. di nominare di nominare secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, dell' All.I. 2 e dell'All. II.14 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la Coordinatrice Infermieristica Ewa Cierniak dell'ambulatorio S.C. Oculistica;

6. di rimandare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 a successivo provvedimento la ripartizione del fondo del budget relativo agli incentivi tecnici già previsti nella determina di indizione citata in premessa, suscettibile di variazioni in ragione del dato consolidato e validato da Regione Lombardia in sede di assegnazione del fondo nell'anno di riferimento;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

8. di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo_____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi_____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

Allegato al decreto del Direttore Generale n. 443 del 23 APR. 2026

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando attraverso la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di kit "*custom pack intravitreale*," occorrenti per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato

Giordano Repossi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Toni Genco

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI KIT *"CUSTOM PACK INTRAVITREALE,"* OCCORRENTI PER LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA

* * *

Il giorno 13.10.2025, alle ore 14.35, presso la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato - Villa Serena, in Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara così costituito:

- Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, in funzione di Presidente del Seggio di gara;
- Dott.ssa Giulia Biella, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato in qualità di testimone;
- Dott.ssa Cinzia Muscedra, Funzionario Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato - Economato, in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante;

* * *

Premesso che:

- con decreto del direttore generale n. 72 del 18/09/2025, ha indetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando attraverso la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di kit *"custom pack intravitreale"* occorrenti per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, per un periodo di 24 mesi + 6 mesi di eventuale prosecuzione, per l'importo complessivo stimato posto a base di gara di € 210.000,00 (IVA 4% esclusa);
- la data di scadenza di presentazione delle offerte on-line era fissata per il giorno 10.10.2025 alle ore 12.00, termine perentorio;
- entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le offerte on-line dei seguenti operatori:
  - BETATEX S.P.A.
  - MED TRADE SRL
  - MEDIBERG S.R.L.
  - BAUSCH & LOMB IOM SpA
  - DELTA MED SPA
  - MEDICAL DEVICE

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, quindi, procede al trasferimento dei documenti amministrativi dalla Piattaforma Sintel, presentati dalle società concorrenti per verificare la presenza e la conformità della stessa a quanto prescritto

dagli atti di gara.

Verificata la completezza e la conformità della documentazione presentata dalle ditte offerenti rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara, le stesse vengono ammesse alle successive fasi della procedura.

Il Presidente comunica che l'apertura delle buste tecniche per la constatazione della presenza della documentazione richiesta dagli atti di gara avverrà in seduta pubblica alla presenza della commissione giudicatrice che verrà nominata per la valutazione delle offerte tecniche.

* * *

Il Presidente, alle ore 15.00 termina la seduta.

Monza, 13/10/2025

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dei Seggio di gara
Dott. Giordano Repossi _____

I testimoni

Dott.ssa Giulia Biella _____
Dott.ssa Cinzia Muscedra con funzioni di segretario verbalizzante _____

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI KIT "CUSTOM PACK INTRAVITREALE," OCCORRENTI PER LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

* * *

Il giorno 20.11.2025, alle ore 14.35, presso la S.C. Gestione Acquisti ed Economato-Villa Serena, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del direttore generale n. 230 del 30.11.2025, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento del servizio in oggetto. 1

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott. Claudio Pennesi – S.C. Oculistica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Presidente;
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Responsabile della gestione delle attività ambulatoriali - Componente;
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – – S.C. Oculistica c/o ambulatorio - Componente;

Il Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, nonché RUP della procedura in parola, partecipa alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente si dà atto che i componenti individuati hanno dichiarato l'insussistenza delle "cause di astensione" ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed in ossequio all'art. 282 del D.P.R. 207/2010, relativamente all'affidamento della fornitura in epigrafe.

* * *

Premesso che:

in data 13.10.2025 il seggio di gara ha provveduto, all'apertura e verifica della documentazione amministrativa relativamente alle offerte presentate per la gara in oggetto, come indicato dal relativo verbale in pari data;

- le ditte partecipanti:
  - BETATEX S.P.A.
  - MED TRADE SRL
  - MEDIBERG S.R.L.
  - BAUSCH & LOMB IOM SpA
  - DELTA MED SPA
  - MEDICAL DEVICE

sono state ammesse alle fasi successive della procedura, in quanto complete e conformi a quanto prescritto dagli atti di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, constatata la regolare costituzione della Commissione Giudicatrice, procede scaricando dalla Piattaforma Sintel i documenti tecnici presentati dai concorrenti per verificare la mera presenza di quanto richiesto all'art. 2.2 "Documentazione tecnica – della lettera di invito.

Rilevata la presenza della documentazione richiesta, si rinvia alla valutazione tecnica delle offerte che avverrà in seduta riservata alla presenza della Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Tutta la documentazione tecnica presentata verrà riversata su supporto informatico mettendola a disposizione della Commissione.

Richiamato l'art. 1 (Oggetto, importo e durata) della lettera di invito, che recita: "*Qualora i tecnici aziendali lo ritengano necessario ai fini della valutazione dei prodotti offerti, le Società offerenti dovranno fornire in prova n. 1 campione (o più campioni) entro la data stabilita dalla stazione appaltante*", la Commissione

conferisce mandato al Presidente di richiedere alle ditte partecipanti la consegna di n. 2 campioni (non sterili).

Alle ore 14.55 la Commissione sospende i lavori, rinviandoli a data da destinarsi.

Ciascun Commissario, all'atto della firma del presente verbale, si impegna a mantenere il massimo riserbo sui contenuti e a non divulgarli, neppure parzialmente, consapevole che, in caso di violazione di tale principio, resterà unico responsabile sia civilmente sia penalmente, sollevando la Fondazione da ogni conseguente responsabilità.

Nessuno dei presenti formula osservazioni a verbale.

* * *

Monza, 20.11.2025

Letto, confermato e sottoscritto

- Dott. Claudio Pennesi – Presidente
- Daniela Barzanò – Componente
- Romina Zanazzi – Componente
- Giordano Repossi, RUP con funzioni di segretario verbalizzante

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
- Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 , LETT e) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT CUSTOM PACK INTRAVITREALE OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI PER UN PERIODO DI 24 MESI.

* * *

Seduta Riservata del 05/12/2025

VERIFICA REQUISITI E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI VALUTAZIONE TECNICA

* * *

Il giorno 05.12.2025, alle ore 14:00, presso lo studio del responsabile Attività Ambulatoriali, della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del Direttore Generale n. 230 del 30 Ottobre 2025, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento della fornitura in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott. Claudio Pennesi – S.C. Oculistica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Presidente;
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Responsabile della gestione delle attività ambulatoriali - Componente;
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – – S.C. Oculistica c/o l'ambulatorio – Componente.

* * *

Le offerte delle ditte DELTA MED S.p.A., BETATEX e MEDIBERG sono ammissibili e pertanto la Commissione procede alla fase di valutazione tecnica ai sensi dell'art. 5 della Lettera di invito, attribuendo all'unanimità i punteggi come di seguito riportato:

CC RA DB

Ditta: DELTA MED S.P.A.

I teli forniti presentano caratteristiche soddisfacenti per idrorepellenza, permeabilità all'aria ed elevata capacità di assorbimento nella zona di incisione, ma il foro oftalmico da 10 cm è considerato troppo ampio rispetto alle esigenze operative. L'adesivo medicale è biocompatibile, non irritante, non citotossico e garantisce buona aderenza.

Gli altri componenti del set, come camici, salviette, asciughini a sigaretta, marcatore intravitreale, spugna con manico e ciotola, rispettano in generale le specifiche tecniche, mentre la forbice retta è giudicata poco maneggevole per peso e lunghezza.

Il confezionamento, con doppia etichettatura e informazioni chiare, permette una corretta identificazione del contenuto e la tracciabilità della sterilità, risultando resistente ma flessibile. Le buste peel-open si aprono facilmente senza lacerazioni e consentono un prelievo agevole dei singoli componenti.

Il blefarostato, sebbene realizzato con materiali di qualità, presenta valve di dimensioni abbondanti e curvatura ergonomicamente poco funzionale, con ingombro chirurgico sfavorevole.

DELTA MED S.P.A.

Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Discreto	7
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Non pienamente sufficiente	2
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Buono	12
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Buono	8
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Non pienamente sufficiente	2
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				41

Giudizio complessivo: Discreto (41/60 punti).

Ditta: BETATEX

I teli soddisfano i requisiti tecnici di idrorepellenza, permeabilità all'aria ed elevata assorbenza, sebbene il foro oftalmico sia leggermente sovradimensionato. L'adesivo medicale è ipoallergenico, non irritante, conformabile e facile da applicare, con rilascio della pellicola lineare e buona adesione alla cute.

Gli altri componenti del set (camici, salviette, asciughini a sigaretta, forbici, marcatore intravitreale, spugna con manico e ciotola) sono conformi alle specifiche tecniche e adeguati all'uso previsto. L'etichettatura quadripartita indica chiaramente contenuto, sterilità e data di scadenza.

Il confezionamento è resistente, permette facile stoccaggio e apertura senza lacerazioni. I componenti interni sono facilmente prelevabili singolarmente. I teli si mostrano morbidi, drappeggiabili e resistenti alla trazione. Le salviette, asciughini e camici risultano confortevoli e adeguati; le forbici hanno dimensioni e lame idonee. Il blefarostato è giudicato sufficiente per qualità di materiale, dimensioni ed ingombro chirurgico.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza MB - Via G Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775

BETATEX				
Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Buono	8
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Ottimo	5
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Buono	12
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Buono	8
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Buono	4
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				47

Giudizio complessivo: (47/60 punti)

Ditta: MEDIBERG

I teli rispettano i requisiti di idrorepellenza, impermeabilità, traspirabilità e assorbenza, con foro oftalmico di dimensioni adeguate. L'adesivo è non irritante, non citotossico e ipoallergenico.
Gli altri componenti del set sono complessivamente adeguati; la spugna con manico mostra una solidità limitata. L'etichettatura quadripartita è chiara e conforme.
Il confezionamento esterno è funzionale ma il lato carta potrebbe risultare fragile; l'apertura della busta è poco pratica, sebbene l'involucro interno presenti frecce ben visibili. I teli sono morbidi e drappeggiabili, con buona resistenza. La forbice ed il marcatore risultano adeguati, mentre la disponibilità dei due camici risulta sovrabbondante.
La Commissione, valuta la qualità, le dimensioni e l'ingombro chirurgico del blefarostato che ritiene soddisfi sufficientemente esigenze dell'operatore.

MEDIBERG				
Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Buono	8
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Buono	4
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Sufficiente	7,5
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Buono	8
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Buono	4
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				41,5

Giudizio complessivo: (41,5/60 punti)

* * *

Alle ore 15:25, viene chiusa la seduta.

Monza, 05.12.2025

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Claudio Pennesi – Presidente

Daniela Barzanò – Componente

Romina Zanazzi – Componente

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
- Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 , LETT e) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT CUSTOM PACK INTRAVITREALE OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI PER UN PERIODO DI 24 MESI.

* * *

Seduta Riservata del 17/03/2026

VERIFICA REQUISITI E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 17.03.2026, alle ore 14:00, presso lo studio del responsabile Attività Ambulatoriali, della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi, Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del Direttore Generale n. 230 del 30 Ottobre 2025, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento della fornitura in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott. Claudio Pennesi – S.C. Oculistica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Presidente;
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Responsabile della gestione delle attività ambulatoriali - Componente;
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – – S.C. Oculistica c/o l'ambulatorio – Componente

* * *

La Commissione Giudicatrice, preso atto e richiamato il precedente verbale del 05/12/2025, procede alla prosecuzione delle operazioni di esame e valutazione della documentazione tecnica presentate dalle singole ditte concorrenti, in conformità ai criteri stabiliti nella Lettera di invito attribuendo alle ditte offerenti i punteggi tecnici, come specificato a seguito.

* * *

Ditta: MED TRADE

I teli sono buoni per idrorepellenza, permeabilità e assorbenza, con dimensioni complessive e foro corretto. L'adesivo medicale è non irritante e antiallergico.

Alla prova d'uso, il camice risulta confortevole e le salviette e gli asciughini a sigaretta sono idonei.

Gli altri componenti del set presentano criticità: la forbice, faticosa all'utilizzo per l'attrito tra le lame, e per la spugna con manico, che evidenzia una solidità limitata. L'etichettatura bipartita è chiara e consente tracciabilità.

Il confezionamento esterno presenta rischio di rottura del lato carta (verificato in una confezione), mentre l'organizzazione interna consente facile immagazzinaggio e prelievo dei componenti. I teli sono morbidi, drappeggiabili e resistenti. Il blefarostato è sufficiente.

MED TRADE				
Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Buono	8
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Sufficiente	2,5
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Sufficiente	7,5
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Buono	8
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Non pienamente Sufficiente	2
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				38

Giudizio complessivo: 38/60 punti

Ditta: BAUSH & LOMB

I teli rispettano pienamente le caratteristiche richieste: morbidi, drappeggiabili, resistenti e con adesivo biocompatibile e ipoallergenico, facilmente rimovibile.

Tutti gli altri componenti del set sono conformi e di ottima qualità: camici, salviette e asciughini offrono comfort, protezione e assorbenza; il marcatore intravitreale è facile da usare. La forbice risulta adeguata per dimensioni e scopo d'utilizzo e viene particolarmente apprezzata dalla Commissione la presenza del copripunta che tutela dell'operatore inibendo la possibilità di puntura accidentale durante il prelievo.

L'etichettatura è chiara, conforme alla normativa e permette tracciabilità completa.

Il confezionamento è resistente, di facile apertura e consente prelievo agevole dei componenti. I teli mantengono resistenza e morbidezza in uso. Ottima la vestibilità dei camici. Il blefarostato è sufficiente.

BAUSH & LOMB				
Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Buono	8
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Ottimo	5
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Ottimo	15
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Ottimo	10
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Ottimo	5
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				53

Giudizio complessivo: 53/60 punti

Ditta: MEDICAL DEVICE

I teli sono morbidi, drappeggiabili e resistenti, con adesivo sicuro, elastico e ipoallergenico.
Gli altri componenti del set sono conformi alle specifiche; camici e forbici mostrano piccole criticità operative. L'etichettatura triplex media è chiara e consente tracciabilità completa.
Il confezionamento è adeguato, con facilità di prelievo dei componenti interni. I teli sono resistenti e ben adattabili al campo operatorio. Salviette e asciughini sono idonei; camici discreti nel comfort; forbici faticose da usare per attrito delle lame. Il blefarostato presentato viene valutato sufficiente dal punto di vista qualitativo e funzionale.

MEDICAL DEVICE				
Parametro			Criteri di assegnazione punteggi	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	A.1	Caratteristiche tecniche dei teli	Buono	8
	A.2	Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	Ottimo	5
	A.3	Etichettatura (chiarezza relativa al contenuto del pack)	Ottimo	5
PROVA COMPARATIVA IN USO	B.1	Confezionamento, resistenza involucro esterno, facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	Buono	12
	B.2	Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	Buono	8
	B.3	Caratteristiche degli altri componenti del set	Sufficiente	2,5
	B.4	Qualità e funzionalità del blefarostato	Sufficiente	5
TOTALE				45,5

Giudizio complessivo: 45,5/60 punti

L'attribuzione dei punteggi, come definito analiticamente nella tabella sottostante, porta ai seguenti risultati totali. Si ricorda che 60 punti verranno assegnati alla Ditta che ha conseguito il punteggio tecnico massimo, e che la Ditta che non avrà conseguito un punteggio minimo di almeno 30 punti non sarà ammessa alla fase successiva di gara.

	Ditte	Punteggio Totale	NOTE
CUSTOM INTRAVITREALE	MED TRADE	38/60	AMMESSA
	BAUSH&LOMB	53/60	AMMESSA
	MEDICAL DEVICE	45,5/60	AMMESSA

La Commissione giudicatrice alle ore 15.30 sospende la seduta, rimettendo gli atti all'Amministrazione della Fondazione per quanto di competenza.

* * *

Monza, 17.03.2026

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Claudio Pennesi – Presidente

Daniela Barzano – Componente

Romina Zanazzi – Componente

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI KIT "CUSTOM PACK INTRAVITREALE," OCCORRENTI PER LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI.

* * *

APERTURA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

* * *

Il giorno 20.03.2026, alle ore 14.00, presso la S.C. Gestione Acquisti ed Economato-Villa Serena, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Via Pergolesi n. 33, Monza, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice appositamente nominata con decreto del direttore generale n. 230 del 30.11.2025, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento del servizio in oggetto.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott. Claudio Pennesi – S.C. Oculistica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Presidente;
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Responsabile della gestione delle attività ambulatoriali - Componente;
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – – S.C. Oculistica c/o ambulatorio - Componente;

Il Dott. Giordano Repossi, Responsabile della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, nonché RUP della procedura in parola, partecipa alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante.

* * *

Premesso che, con comunicazione ID 216583214 del 18/03/2026, la S.C. Gestione Acquisti – Provveditorato Economato ha provveduto a convocare le società concorrenti all'odierna seduta.
Si dà atto della presenza del sig. Bollero Christian, in qualità di rappresentante della ditta Bausch & Lomb IOM S.p.A., nonché del sig. Carugo Matteo per la ditta Mediberg.

Dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici, come di seguito indicato:

Lotto	Fornitore	Punteggio tecnico complessivo
KIT "CUSTOM PACK INTRAVITREALE"	BETATEX S.P.A.	47,00
	MED TRADE SRL	38,00
	MEDIBERG S.R.L.	41,50
	BAUSCH & LOMB IOM SpA	53,00
	DELTA MED SPA	41,00
	MEDICAL DEVICE	45,50

alle ore 14.10, si dà luogo all'apertura della busta economica scaricando dalla Piattaforma Sintel l'offerta economica delle società concorrenti dando lettura delle offerte medesime come di seguito riportate;

- BETATEX S.P.A. € 99.600,00;
- MED TRADE SRL € 155.400,00;
- MEDIBERG S.R.L. € 152.520,00;
- BAUSCH & LOMB IOM SpA € 144.000,00;
- DELTA MED SPA € 148.440,00;
- MEDICAL DEVICE € 162.000,00;

Si rileva che, in fase di avvio della procedura nella sezione "Gestione Offerte", è stata erroneamente selezionata la formula lineare per l'attribuzione del punteggio economico, in luogo della formula al prezzo minimo, coerente con le indicazioni contenute negli atti di gara.

2

Tale indicazione sulla piattaforma Sintel è avvenuta per mero errore materiale e non ha inciso sul procedimento di valutazione effettivamente adottato.

La graduatoria di gara, risultante dalla sommatoria dei punteggi tecnico ed economico, è stata infatti elaborata in modalità offline, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dagli atti di gara.

Lotto	Fornitore	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale	Importo netto complessivo (IVA esclusa)	GRADUATORIA
KIT CUSTOM INTRAVITREALE	BETATEX S.PA	40,00	47,00	87,00	€ 99.600,00	1°
	BAUSCH&LOMB IOM	27,67	53,00	80,67	€144,000,00	2°
	MEDICAL DEVICE	24,59	45,50	70,09	€162.000,00	3°
	DELTA MED	26,84	41,00	67,84	€ 148.440,00	4°
	MEDINBERG	26,12	41,50	67,62	€ 152.520,00	5°
	MED TRADE	25,64	38,00	63,64	€ 155.400,00	6°

Il RUP comunica che, prima di procedere all'aggiudicazione, saranno effettuati tutti i controlli necessari, sia di natura contabile, sia di natura amministrativa.

Sono parte integrante del presente verbale, anche se non allegate, le offerte delle società acquisite agli atti.

Alle ore 14.30 viene chiuso il presente verbale.

Nessuno dei presenti formula osservazioni a verbale.

* * *

Monza, 20.03.2026

Letto, confermato e sottoscritto

* * *

- Letto, confermato e sottoscritto

- Dott. Claudio Pennesi - Presidente _____
- APSF Infermiere – Daniela Barzanò – Componente _____
- APSF Infermiere - Romina Zanazzi – Componente _____
- Giordano Repossi, RUP con funzioni di segretario verbalizzante _____

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
sede legale
20900 Monza (MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.irccs-sangerardo.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964