Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Deliberazione n. 409	Seduta del 25 MAR. 2021
Acquisto di n. 1 sistema di acquisizione immagini da microscopio ottico destinato alla S.C. di Anatomia Patologica della ASST Monza	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamato il Decreto Legge 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

Richiamata inoltre, la legge dell'11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che prevede all'art 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;*

Preso atto che:

- è pervenuta la richiesta, agli atti del RUP, da parte del Prof. B. Leone, Direttore della S.C. di Anatomia Patologica, di acquisto di un sistema di acquisizione immagini per un microscopio ottico prod. Olympus mod. BX 51 BF matricola 0K14039 in uso presso il reparto;

- lo stesso Prof. B. Leone ha specificato che per l'acquisto in oggetto, pari ad un importo presunto di € 6.100,70 (IVA esclusa), può essere utilizzata quale fonte di finanziamento il "Fondo aziendale per la ricerca e l'assistenza" della S.C. di Anatomia Patologica e Gastroenterologia in uguale misura, di cui la S.C. Economico Finanziaria ha verificato l'effettiva disponibilità;

Constatato che la S.C: Ingegneria Clinica ha verificato che non sono attive convenzioni quadro stipulate da CONSIP e dalla Centrale degli Acquisti della Regione Lombardia e non sono in atto procedure di gara esperite dai suddetti soggetti aggregatori e neppure procedure in forma aggregata secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.5.2. "Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma telematica Sintel e Neca" delle "Regole di gestione del servizio sociosanitario 2020" allegate alla D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019;

Preso atto che:

- la S.C. Ingegneria Clinica, mediante la piattaforma SinTel con pubblicazione anche su portale ARCA (in data 08/03/2021) ha avviato una procedura per la fornitura di un sistema di acquisizione immagini da microscopio ottico multiteste del produttore Olympus mod. BX 51 BF invitando tutte le Ditte interessate a presentare la propria offerta sulla base delle caratteristiche tecniche specificate in un apposito capitolato speciale e negli atti di gara;
- in data 17.03.2020, alle ore 10:00, sono scaduti i termini di presentazione delle offerte e si è provveduto all'apertura delle offerte pervenute, come di seguito riportato:

Ditta Offerente	**Descrizione Tecnica**	**Importo complessivo (iva esclusa)**
NIKON INSTRUMENTS SPA	Camera digitale NIKON DSFi3 completa di adattatore C mount e software NISElements D	€ 4210,00
OLYMPUS ITALIA SRL	DP23 con adattatore C e pacchetto software CellSens	€ 4651,00

Considerato che:

- la S.C. Ingegneria Clinica ha accertato la piena compatibilità del microscopio ottico mod. BX 51 BF (Produttore Olympus) con la sola fotocamera digitale offerta della ditta stessa Olympus, trattandosi dello stesso Produttore;
- i clinici utilizzatori della S.C. Anatomia Patologica, come da comunicazione agli atti del RUP, hanno valutato il prodotto Olympus "*...tecnicamente superiore è sia per risoluzione massima (6.4-megapixel v/s 5,9 megapixel) sia che in termini di fps alla*

massima risoluzione (45 fps a 3088 × 2076 v/s 15 fps a 2880 x 2048), fattori che incidono abbastanza sulla qualità delle immagini statiche acquisite sia trasmesse in tempo reale in videoconferenza."

Attestata, come si evince dal report di procedura, la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Vista la Legge dell'11 settembre 2020, n.120 Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) che prevede all'art.1, comma 2, lettera a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura n. 1 un sistema di acquisizione immagini da microscopio ottico multiteste destinato S.C. di Anatomia Patologica alla ditta Olympus Italia srl con sede in Segrate (MI) – 20090 – Via Modigliani , P.IVA 10994940152 per un importo complessivo pari a € 4.651,00+ € 1.023,22 (IVA 22%) = € 5.674,22;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria, che ne ha attestato la copertura economica, registrando l'onere di € 4.651,00+ € 1.023,22 (IVA 22%) = € 5.674,22 a carico del bilancio sanitario – gestione 2021 - con contabilizzazione sul conto patrimoniale 10.20.04.11 "*Attrezzature ed apparecchiature sanitarie (Sterilizzate)*", con finanziamento a carico del "Fondo aziendale per la ricerca e l'assistenza" a disposizione della S.C. di Anatomia Patologica e Gastroenterologia della ASST Monza;

Ritenuto inoltre di assegnare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Ilaria Vallone – Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica;

Preso atto dell'attestazione dell'Arch. Luigi G. Rossi – Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento nonché dell'attestazione della SC Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, n. 1 un sistema di acquisizione immagini da microscopio ottico destinato S.C. di Anatomia Patologica alla ditta Olympus Italia srl con sede in Segrate (MI) – 20090 – Via Modigliani , P.IVA 10994940152 per un importo complessivo pari a € 4.651,00+ € 1.023,22 (IVA 22%) = € 5.674,22;

2. di dare atto che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, con registrazione di € 4.651,00+ € 1.023,22 (IVA 22%) = € 5.674,22 a carico del bilancio sanitario – gestione 2021 - con contabilizzazione sul conto patrimoniale 10.20.04.11 "*Attrezzature ed apparecchiature sanitarie (Sterilizzate)*", con finanziamento a carico del "Fondo aziendale per la ricerca e l'assistenza" a disposizione della S.C. di Anatomia Patologica e Gastroenterologia della ASST Monza;
3. di assegnare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Ilaria Vallone – Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica – cui demandare i compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, nonché gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

==========

==========

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Il Direttore Sanitario: Laura Radice
Il Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 409 del 25 MAR. 2021

Oggetto: Acquisto di n. 1 sistema di acquisizione immagini da microscopio ottico destinato alla S.C. di Anatomia Patologica della ASST Monza

---

Responsabile del Procedimento
Il Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)
