FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Via Pergolesi, 33 – 20900 Monza

* * *

VERBALE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SISTEMI DI ABLAZIONE TRANSCATETERE PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE OCCORRENTI ALLA S.S. ELETTROFISIOLOGIA DELLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA - CIG A044D6AB37

* * *

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI VALUTAZIONE TECNICA

* * *

Il giorno 27.03.2024, alle ore 16:00, presso lo Studio del Responsabile della S.S. Elettrofisiologia interventistica e Cardiostimolazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - Via Pergolesi n. 33 a Monza è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con decreto n. 183 del 15.02.2024, nell'ambito del procedimento di gara indicato in epigrafe, relativo all'affidamento della fornitura in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Dott. Giovanni Rovaris - Responsabile S.S. Elettrofisiologia interventistica e Cardiostimolazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – presidente;
- Dott. Mattia Pozzi - Dirigente Medico presso la S.S. Elettrofisiologia interventistica e Cardiostimolazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente;
- Dott.ssa Elisabetta Montemerlo - Dirigente Medico presso la S.S. Elettrofisiologia interventistica e Cardiostimolazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - componente;

* * *

Richiamato il precedente verbale in data 25.03.2024, la Commissione riprende i lavori esaminando i requisiti oggetto di valutazione, come indicato dall'art. 17 del Disciplinare di gara, attribuendo alle ditte offerenti i punteggi tecnici, come specificato nella tabella di seguito riportata:

Criteri di valutazione: SISTEMA FARAPULSE BOSTON SCIENTIFIC		**68/70**	
	Punteggio massimo	Punti	
Ergonomia (con riferimento alle caratteristiche del catetere in dotazione e del manipolo dei comandi del catetere over the wire multi elettrodico: si valuta la migliore manovrabilità, l'ergonomia dell'impugnatura e la precisione della risposta ai comandi di curvatura e movimento)	20	20	ottimo
Semplicità di utilizzo (con riferimento al catetere d'ablazione single shot over the wire in grado di assumere differenti configurazioni distali per adattarsi meglio alle varianti anatomiche delle vene polmonari, manovrato da una guaina orientabile. Molto utile la caratteristica di trasparenza del corpo, che consente di incrementare la sicurezza e la semplicità procedurale mediante la visualizzazione della presenza di eventuali bolle di aria).	20	20	ottimo
Adattamento al sito anatomico (efficacia del catetere multipolare in termini di precisione del segnale, sicurezza e manovrabilità all'interno delle vene polmonari. Favorevole la possibilità di assumere differenti configurazioni distali per adattarsi meglio alle varianti anatomiche delle vene polmonari).	10	8	buono
Letteratura a supporto (si valuta favorevolmente la presenza di bibliografia pertinente con l'oggetto di gara con datazione maggiore).	10	10	ottimo
Assistenza tecnica full risk (la Commissione ritiene di attribuire un giudizio ottimo all'offerta, poiché la ditta ha risposto in modo più che esaustivo ai criteri predeterminati nel capitolato tecnico).	10	10	ottimo

Criteri di valutazione: SISTEMA PULSELECT MEDTRONIC		**60/70**	
	Punteggio massimo	Punti	
Ergonomia (con riferimento alle caratteristiche del catetere in dotazione e del manipolo dei comandi del catetere over the wire multi elettrodico: si valuta la migliore manovrabilità, l'ergonomia dell'impugnatura e la precisione della risposta ai comandi di curvatura e movimento)	20	20	ottimo
Semplicità di utilizzo (con riferimento al catetere d'ablazione single shot over the wire in grado di assumere differenti configurazioni distali per adattarsi meglio alle varianti anatomiche delle vene polmonari, manovrato da una guaina orientabile).	20	14	discreto
Adattamento al sito anatomico (efficacia del catetere multipolare in termini di precisione del segnale, sicurezza e manovrabilità all'interno delle vene polmonari).	10	8	buono

Letteratura a supporto (si valuta favorevolmente la presenza di bibliografia pertinente con l'oggetto di gara, sebbene con datazione recente).	10	8	buono
Assistenza tecnica full risk (la Commissione ritiene di attribuire un giudizio ottimo all'offerta, poiché la ditta ha risposto in modo più che esaustivo ai criteri predeterminati nel capitolato tecnico).	10	10	ottimo

Il presidente alle ore 17:30 dichiara chiusa la seduta e provvede alla custodia e conservazione dei documenti di gara in luogo sicuro.

* * *

Monza 27.03.2024

Letto, confermato e sottoscritto

- Dott. Giovanni Rovaris - Presidente
- Dott. Mattia Pozzi – Componente
- Dott.ssa Elisabetta Montemerlo – Componente Elisabetta Montemerlo