S.C. INGEGNERIA CLINICA
Direttore ad interim: Arch. L.G. Rossi

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N.1 CROMATOGRAFO LIQUIDO UHPLC PER LA S.C. MEDICINA DEL LAVORO, IGIENE E TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE E AMBIENTALE DELLA ASST DI MONZA

- **CIG Codice Identificativo Gara: 7666066DC7**
- **Atti: 1223/PN/2018**

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 1

Quesito n° 1:
"…Relativamente al punto C.3 Volume della cella di lettura non più di 1 µl; si richiede di confermare se si ritiene sufficiente anche un valore inferiore a 15 uL.

Risposta al quesito n° 1:

Relativamente al punto C.3 si comunica che non si ritiene accettabile un valore inferiore a 15 uL perché troppo elevato. *Rimane confermato il valore di 1 µl.*

Quesito n° 2:
"Relativamente al punto B.3: Volume di iniezione da 0,1 a 2000 uL. Si chiede di confermare se è sufficiente un autocampionatore con volume di iniezione fino a 500uL, poiché e metodiche indicate non necessitano di iniezioni di volumi superiori a tale valore."

Risposta al quesito n° 2:

Relativamente al punto B.3 si comunica che è sufficiente anche un autocampionatore con volume di iniezione fino a 500uL.

Quesito n° 3:
"Relativamente al punto C.2 Accuratezza della lunghezza d'onda ± 0,5 nm si chiede di confermare se si ritiene sufficiente anche un valore pari a ± 1 nm."

Risposta al quesito n° 3:

Relativamente al punto C.2: si comunica che si ritiene sufficiente anche un valore di accuratezza pari a ± 1 nm.

Monza, 07 Novembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Domenico Fava)
firmata digitalmente